



Betjeningsvejledning
Elma 106
Berøringsfri polsøger

E.nr. 63 98 401 852

elma  instruments

ELMA VOLTTEST 106

BRUGSVEJLEDNING DK/N

Sikkerhed

Elma Volttest indikerer uden metallisk og elektrisk kontakt AC spænding (fase). Hold spidsen imod stedet der skal testes. Ved spænding lyser spidsen med et kraftigt rødt lys.

Anvendelsesområde

Elma Volttest kan bl.a. bruges til test af sikringer, pillesikre/barnesikre stikkontakter, serieforbundne lyskilder, ledningsbrud samt lokalisering af spænding igennem kappen på kabler og ledninger.

Batteri

Udskiftning af batteri sker ved, forsigtigt med en lille skruetrækker, at åbne dækselet på siden af instrumentet.

Bemærk

Før spændingstest skal Elma Volttest kontrolleres på en kendt spænding. Ved test på 3-fasede installation kan spændingen ledes tilbage igennem brugsgenstande.

BRUKSANVISNING S

Säkerhet

Elma Volttest indikerar utan metallisk och elektrisk kontakt AC spänning (fas). Håll spetsen mot föremålet som skall testas. Vid spänning lyser spetsen med ett kraftigt rött ljus.

Användningsområde

Elma Volttest kan bl.a. användas vid test av säkringar, petsäkra/barnsäkra vägguttag, seriekopplade ljusslingor, finner defekta lampor samt lokalisering av spänning genom isoleringen på kablar och ledningar.

Batteri

Byte av batteri sker med försiktighet, använd en liten skruvmejsel och öppna luckan på sidan av instrumentet.

Observera

För spänningstest skall Elma Volttest kontrolleras på en känd spänning. Vid test på 3-fas installation kan spänningen ledas tillbaka genom applikationen

Specifikationer

Spændingsområde / spänningsomr: 110 - 1000V AC

Spændingssystem / spänningssystem: TN og TT

Batterier: 2x1,5V LR03 (inkl)

IEC 61010-1: KAT IV 600V

DK 63 98 401 852

N xx xxx xx

S 4201120

EAN



Elma Instruments A/S
Ryttermarken 2
DK-3520 Farum
Tel +45 7022 1000
Fax +45 7022 1001
www.elma.dk
info@elma.dk

Elma Instruments AS
Garver Ytteborgsvei 83
N-0977 Oslo
Tel +47 67 06 24 40
Fax +47 67 06 05 55
www.elmanet.no
firma@elmanet.no

Elma Instruments AB
Pepparvägen 27
S-123 56 Farsta
Tel 08-447 57 70
Fax 08-447 57 79
www.elma-instruments.se
info@elma-instruments.se